


■ ZERTIFIKAT



Hygienische Eignung des Luftreinigungsgerätes PAC 1080 in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01

AUFTRAGGEBER	Miele & Cie. KG
PRÜFGEGENSTAND	Luftreinigungsgerät Typ PAC 1080
PRÜFUNG	Bewertung der hygienischen Sicherheit und Einsetzbarkeit in medizinisch genutzten Räumen ohne besondere hygienische Anforderungen (z.B. Raumklasse II) und Konformität in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01.
PRÜFBERICHT	11292-GUT-LR-0121-A
PRÜFERGEBNIS	Die hygienische Unbedenklichkeit und Konformität des Luftreinigungsgerätes PAC 1080 (mit einem HEPA-Filter der Klasse H-14 nach DIN EN 1822-1:2019-10) in Anlehnung an VDI 6022-1:2018-01 wird bestätigt. Durch den Einsatz des Luftreinigungsgerätes wurde eine partikuläre und mikrobiologische Reduktion in der Raumluft nachgewiesen.
AUSSTELLUNGSDATUM	2021-01-18
AUTORISIERUNG	Dr. Frank Wille, Münster



Dr. Frank Wille